



SuperRT V One Step RT-PCR Kit

目录号：CW3377S (100 rxns)

保存条件：-30℃~-15℃

产品内容

Component	CW3377S 100 rxns
SuperRT V OneStep EnzymeMix	100 μL
2×SuperRT V OneStep Buffer	1.25 mL
RNase-Free Water	2×1 mL

产品简介

本试剂盒是专为一步法RT-PCR实验研制，逆转录和PCR在同一反应体系中进行，反应过程中无需添加试剂，无需打开管盖，在避免污染的同时提高了检测灵敏度和实验效率。本试剂盒包括全新高效逆转录酶、快速热启动DNA聚合酶，同时包含适用于逆转录和PCR扩增的反应缓冲液和实验中所必需的其它组分。SuperRT V逆转录酶RNase H活性缺失，减少了逆转录反应中RNA的降解。该逆转录酶逆转录效率高，可对少量RNA模板进行良好的逆转录反应。PCR反应使用的快速热启动DNA聚合酶具有扩增效率高、特异性强、延伸速度快的优良性能。独特的缓冲体系使逆转录酶和聚合酶同时发挥最大功效。使用本试剂盒扩增得到的目的产物3'端附有一个“A”碱基，可直接用于T/A克隆。

注意事项

1. 在操作过程中应避免RNase污染，防止RNA降解或实验中的交叉污染，建议在专门的区域进行RNA操作，使用专门的仪器和耗材，操作人员戴口罩和一次性手套并经常更换手套。
2. 实验尽量使用一次性塑料器皿，若使用玻璃器皿，应使用0.1%DEPC（焦碳酸二乙酯）水溶液在37℃处理12小时，并在120℃下高压灭菌30分钟后使用，或者将玻璃器皿在180℃下干热灭菌60分钟后使用。实验中用到的无菌水应使用0.1%的DEPC处理后进行高压灭菌。
3. 本试剂盒中的所有试剂使用前请上下颠倒轻轻混匀，尽量避免起泡，并经短暂离心后使用。所涉及的酶类使用后应尽快放回-20℃，避免反复冻融。
4. 本试剂盒必须使用特异性引物，引物的选择可根据具体实验来选择，引物设计的好坏直接影响到RT-PCR反应的结果，设计引物时需考虑GC含量，引物长度，引物位置，PCR产物的二级结构等因素，建议采用专业的引物设计软件来设计。

使用方法

1. 将2×SuperRT V OneStep Buffer、SuperRT V OneStep EnzymeMix、引物、RNA模板和RNase-Free Water融化并置于冰上备用。
2. PCR反应体系:

试剂	25 μL体系	终浓度
2×SuperRT V OneStep Buffer	12.5 μL	1×
Forward Primer, 10 μM	1 μL	0.4 μM
Reverse Primer, 10 μM	1 μL	0.4 μM
SuperRT V OneStep EnzymeMix	1 μL	
RNA Template	X μL	1 pg – 1 μg
RNase-Free Water	up to 25 μL	

注意：

引物浓度请以终浓度0.1–1.0 μM作为设定范围的参考。扩增效率不高的情况下，可提高引物的浓度；发生非特异性反应时，可降低引物浓度，由此优化反应体系。

3. 涡旋震荡混匀，短暂离心，将溶液收集到管底。
4. RT-PCR反应条件:

步骤	温度	时间	
逆转录	50°C	30 min	} 30-40个循环
预变性	95°C	2 min	
变性	95°C	30 sec	
退火	55-65°C	30 sec	
延伸	72°C	30 sec	
终延伸	72°C	5 min	

注意：

- 1) 一般PCR实验中退火温度比扩增引物的熔解温度 T_m 低5°C，退火时间一般为20–30秒，无法得到理想的扩增效率时，适当降低退火温度；发生非特异性反应时，提高退火温度，由此优化反应条件。
 - 2) 延伸时间根据扩增的片段大小设定，本产品中包含的DNA Polymerase扩增效率为1 kb/30s。
 - 3) 可根据扩增产物的下游应用设定循环数。循环次数太少，扩增量不足；循环次数多，错配机率会增加，非特异性背景严重。所以，在保证产物得率的前提下，应尽量减少循环次数
5. 反应结束后取5 μL反应产物，加入适量上样缓冲液后进行电泳检测结果。

本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其它用途